
Presto FF-C18 150 x 3 mm **HPLC COLUMN APPLICATION**

Non-Porous ODS-MS: Recombinant human serum albumin (rHSA)

遺伝子組み換えヒト血清アルブミン（ｒＨＳＡ）のノンポーラスＯＤＳカラムーＭＳ分析



Presto FF-C18, 150 x 3mm
A: 100mM ammonium formate / acetonitrile = 95 / 5
B: 100mM ammonium formate / acetonitrile = 20 / 80
25-70%B (0-30min)
0.2mL/min (26MPa), 37°C
5uL (10mg/mL, 100mM ammonium formate)